



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFUROXIMA - DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 3466CRX FABRICAÇÃO: 04/25 VALIDADE: 04/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de maio de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601