



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 3473CFE FABRICAÇÃO: 05/25 VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 24 de maio de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601