



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AZITROMICINA DISCO COM 15 µg (AZI 15)

LOTE: 3475AZI FABRICAÇÃO: 05/25 VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,5 mm	(21 - 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(14 - 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de maio de 2025.

Daniela S.

Controle de qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601