



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ENROFLOXACINA DISCO COM 05 ug (ENO 05)

LOTE: 3478ENO FABRICAÇÃO: 05/25 VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(27 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	(32 - 40 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	19,0 mm	(15 - 19 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referência CLSI VET 2023.

Araçatuba, 03 de junho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli Maria de Souza Zenerato – CRBM 64925