

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MEROPENEM DISCO COM 10 ug (MPM 10)

LOTE: 3482MPM FABRICAÇÃO: 05/25 VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(29 – 37 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	(27 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de Meropenem entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de junho de 2025.



Controle de Qualidade - DME
Gabrieli Maria de Souza Zenerato – CRBM 64925