



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFONAMIDAS DISCO COM 300 ug (SUL 300)

LOTE: 3483SUL FABRICAÇÃO: 05/25 VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(24 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	(15 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de SULFONAMIDAS entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 12 de junho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Souza Zenerato – CRBM 64925