

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA - DISCO COM 30 ug - VAN 30

LOTE: 3485VAN

FABRICAÇÃO: 06/25

VALIDADE: 06/27

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	( 17 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
  - Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI 2025.

Araçatuba, 16 de junho de 2025.



Controle de Qualidade - DME  
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925