



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 30 ug - AMC 30 (20/10)

LOTE: 3489AMC FABRICAÇÃO: 06/25 VALIDADE: 06/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor de Referência
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	35,0 mm	28 - 36 mm
Escherichia coli	ATCC 25922	24,0 mm	18 - 24 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	20,0 mm	17 - 22 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de junho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925