



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA - DISCO COM 300 ug - EST 300

LOTE: 3490ESTHL FABRICAÇÃO: 06/25 VALIDADE: 06/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	19,0 mm	(14- 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Estreptomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de junho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925