



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFACLOR DISCO COM 30 ug (CFC 30)

LOTE: 3491CFC

FABRICAÇÃO: 06/25

VALIDADE: 06/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	30,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	0,5 mm	$\leq 2,5$ mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Ágar – DIFCO, lote 3107294 com validade 31/08/2025.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de julho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925