



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLORANFENICOL DISCO COM 30 ug (CLO 30)

LOTE: 3498CLO FABRICAÇÃO: 07/25 VALIDADE: 07/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(20 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2025.
- Manter os discos de CLORANFENICOL entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 de julho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925