



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AZTREONAM DISCO COM 30 ug - (ATM 30)

LOTE: 3501ATM

FABRICAÇÃO: 07/25

VALIDADE: 07/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	35,0 mm	(31 – 38 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de AZTREONAM entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de julho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925