



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOTAXIMA DISCO COM 30 ug (CTX 30)

LOTE: 3502CTX FABRICAÇÃO: 07/25 VALIDADE: 07/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	20,0 mm	(18 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Cefotaxima entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI 2025.

Araçatuba, 25 de julho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925