



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 10 UI (PEN 10)

LOTE: 3503PEN FABRICAÇÃO: 07/25 VALIDADE: 07/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 - 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
 - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 29 de julho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925