

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 30 ug (GEN 30)

LOTE: 3506GENE FABRICAÇÃO: 07/25 VALIDADE: 07/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	17,0 mm	(12 – 18 mm)	15,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,5 mm	≤ 2,5 mm	

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 05 de agosto de 2025.



Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925