RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 1 UI (PEN 01)

LOTE: 3507PENE FABRICAÇÃO: 07/25 VALIDADE: 07/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	15,0 mm	(12 - 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 09 de agosto de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925