RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TIGECICLINA DISCO COM 15 ug (TIG 15)

LOTE: 3510TIG FABRICAÇÃO: 08/25 VALIDADE: 08/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(19 – 25 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Tigeciclina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 14 de agosto de 2025.

Controle de qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925