RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3511NITE FABRICAÇÃO: 08/25 VALIDADE: 08/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	19,0 mm	(17 – 23 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	22,0 mm	(17 – 23 mm)
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo		2,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 19 de agosto de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925