



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOTAXIMA DISCO COM 5 ug (CTX 05)

LOTE: 3512CTXE FABRICAÇÃO: 08/25 VALIDADE: 08/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli	ATCC 25922	30,0 mm	(25 – 31 mm)
Homogeneidade: de acordo		2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
 - Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 21 de agosto de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601