



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTRIAXONA	DISCO COM 30 ug	(CRO 30)
LOTE: 3513CRO	FABRICAÇÃO: 08/25	VALIDADE: 08/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(22 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	21,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	$\leq 2,5$ mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de Ceftriaxona entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de agosto de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601