RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/TAZOBACTAM - PIT 110 (100/10), DISCO COM 110 ug

LOTE: 3516PIT FABRICAÇÃO: 08/25 VALIDADE: 08/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(27 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI 2025.

Araçatuba, 29 de agosto de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601