RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALOTINA DISCO COM 30 ug (CFL 30)

LOTE: 3520CFL FABRICAÇÃO: 08/25 VALIDADE: 08/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(29 – 37 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	20,0 mm	(15 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Cefalotina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva - CRBM 31601