# RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

BACITRACINA - DISCO COM 10 UI (BAC 10)

LOTE: 3521BAC FABRICAÇÃO: 08/25 VALIDADE: 08/27

**TESTE QUALITATIVO**

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|---|---|---|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 20,0 mm | (17 - 22 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo | 2,0 mm | ≤ 2,5 mm |

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601