RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 3524CFE FABRICAÇÃO: 09/25 VALIDADE: 09/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	18,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**
  Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
  Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
  Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 18 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601