RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 3525AMP FABRICAÇÃO: 09/25 VALIDADE: 09/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,5 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	21,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado -** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601