RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NORFLOXACINA - DISCO COM 10 ug (NOR 10)

LOTE: 3526NOR FABRICAÇÃO: 09/25 VALIDADE: 09/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(17 – 28 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	23,0 mm	(18 – 24 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	19,0 mm	(16 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	27,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

- Informações adicionais:
Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601