RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TEICOPLANINA DISCO COM 30 ug (TEC 30)

LOTE: 3527TEC FABRICAÇÃO: 09/25 VALIDADE: 09/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601