



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ÁCIDO NALIDÍXICO - NAL 30 DISCO COM 30 ug.

LOTE: 3532NAL

FABRICAÇÃO: 09/25

VALIDADE: 09/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601