RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 30 ug (CAZ 30)

LOTE: 3535CAZ FABRICAÇÃO: 09/25 VALIDADE: 09/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	(16 – 20 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	(25 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**
  Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
  Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
  Valores de referência baseados no CLSI 2025.

Araçatuba, 09 de outubro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601