RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

RIFAMPICINA - RIF 05 DISCO COM 05 ug

LOTE: 3542RIF FABRICAÇÃO: 10/25 VALIDADE: 10/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 – 34 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	34,0 mm	(30 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de novembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601