



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TOBRAMICINA DISCO COM 10 ug (TOB 10)

LOTE: 3543TOB FABRICAÇÃO: 10/25 VALIDADE: 10/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,5 mm	(19 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(18 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Tobramicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de novembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601