

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MOXIFLOXACINA DISCO COM 05 µg (MFX 05)

LOTE : 3544MFX FABRICAÇÃO: 10/25 VALIDADE: 10/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(28 - 35 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	31,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	(17 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de MOXIFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de novembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601