



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

NOVOBIOCINA DISCO COM 5ug (NOV 05)

LOTE: 3545NOVID FABRICAÇÃO: 10/25 VALIDADE: 10/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus	ATCC BAA 750	7,0 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	$\leq 2,5$ mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 12 de novembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601