RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 3550CFO FABRICAÇÃO: 11/25 VALIDADE: 11/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de novembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601