RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 1 UI (PEN 01)

LOTE: 3558PENE FABRICAÇÃO: 11/25 VALIDADE: 11/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	15,0 mm	(12 - 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601