RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LEVOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (LEV 05)

LOTE: 3559LEV FABRICAÇÃO: 12/25 VALIDADE: 12/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(25 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

- Informações adicionais:
Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de LEVOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601