



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AZITROMICINA DISCO COM 15 ug (AZI 15)

LOTE: 3560AZI FABRICAÇÃO: 12/25 VALIDADE: 12/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(21 - 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	18,5 mm	(14 - 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2025.

Daniela S.

Controle de qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601