

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA                      DISCO COM 5 ug                      (VAN 05)

LOTE: 3563VANE                      FABRICAÇÃO: 01/26                      VALIDADE: 01/28

**TESTE QUALITATIVO**

|                          |            | Valor obtido | Valor Esperado |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Enterococcus faecalis    | ATCC 29212 | 15,0 mm      | ( 10 – 16 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo |            | 1,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
  - Manter os discos de Vancomicina entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 20 de janeiro de 2026.

*Daniela S.*

Controle de Qualidade – DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601