

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ERTAPENEM DISCO COM 10 ug (ERT 10)

LOTE: 3564ERT FABRICAÇÃO: 01/26 VALIDADE: 01/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 - 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	20,0 mm	(13 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de janeiro de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601