RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ERITROMICINA DISCO COM 15 ug (ERI 15)

LOTE: 3565ERI FABRICAÇÃO: 01/26 VALIDADE: 01/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(22 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**
  Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
  Manter os discos de Eritromicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de janeiro de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601