



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ESTREPTOMICINA - DISCO COM 300 ug - EST 300

LOTE: 3569ESTHL FABRICAÇÃO: 01/26 VALIDADE: 01/28

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 20,0 mm      | ( 14- 20 mm )  |
| Homogeneidade: de acordo         | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Estreptomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de fevereiro de 2026.

*Daniela S.*

Controle de Qualidade - DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601