

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 10 ug (LNZ 10)

LOTE: 3582LNZE FABRICAÇÃO: 02/26 VALIDADE: 02/28

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	25,5 mm	(21 – 27 mm)
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	24,5 mm	(19 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo		1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
 - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 10 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601