RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg (CIP 05)

LOTE: 3584CIP FABRICAÇÃO: 02/26 VALIDADE: 02/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(22 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	(21 – 27 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	24,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,5 mm	(29 – 38 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	31,0 mm	(25 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601