RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MARBOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (MRB 05)

LOTE: 3587MRB FABRICAÇÃO: 03/26 VALIDADE: 03/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

- Informações adicionais:
Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
Manter os discos de MARBOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Referência CLSI/VET01S 2023.

Araçatuba, 20 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601