



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFACLOR DISCO COM 30 ug (CFC 30)

LOTE: 3588CFC

FABRICAÇÃO: 03/26

VALIDADE: 03/28

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	28,5 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	25,0 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Ágar – DIFCO, lote 4305488 com validade 31/12/2026.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601