



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TIGECICLINA DISCO COM 15 ug (TIG 15)

LOTE: 3591TIG FABRICAÇÃO: 03/26 VALIDADE: 03/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	24,0 mm	(19 – 25 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,5 mm	(20 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Tigeciclina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 14 de abril de 2026.

Daniela S.

Controle de qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601