RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/TAZOBACTAM DISCO COM 36 ug (PIT 30/6)

LOTE: 3593PITE FABRICAÇÃO: 04/26 VALIDADE: 04/28

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli	ATCC 25922	27,0 mm	(21 – 27 mm)
Escherichia coli	ATCC 35218	27,0 mm	(21 – 27 mm)
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo		1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 20 de abril de 2026.

Daniela S.

Controle de qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601