RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLINDAMICINA DISCO COM 02 ug (CLI 02)

LOTE: 3594CLI FABRICAÇÃO: 04/26 VALIDADE: 04/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(24 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de abril de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601