



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: IMIPENEM

DISCO COM 10 ug (IPM 10)

LOTE: 3597IPM

FABRICAÇÃO: 04/26

VALIDADE: 04/28

**TESTE QUALITATIVO**

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Enterococcus faecalis ATCC 29212  | 28,0 mm      | ( 24 – 30 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922       | 32,0 mm      | ( 26 – 32 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 27,0 mm      | ( 20 – 28 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de maio de 2026.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601