



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 1 UI (PEN 01)

LOTE: 3598PENE FABRICAÇÃO: 05/26 VALIDADE: 05/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	15,0 mm	(12 - 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq 2,5$ mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
 - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 15 de maio de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601